


圧力調整器定期点検のお願い

ガス腐食試験機取扱ご担当者様各位



平素は弊社ガス試験機をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

標準ガスに取り付けております圧力調整器の定期点検お願いのご案内をさせていただきます。

継続使用の場合




定期点検をせず継続しての使用は大変危険です！



となる前に…

製造メーカーでの定期点検をお勧めします

弊社へご連絡頂いた場合



圧力調整器の故障が原因でガス漏れ事故が発生しております。

弊社でガス腐食試験機定期点検をさせて頂いております際にはガス漏れチェックを実施させて頂いておりますが、お客様の使用頻度や劣化状況により内部の腐食が原因で突然ガス漏れが発生する危険がございます。

圧力調整器は製造メーカーのみ点検が可能です。

弊社では分解・修理等行うことが出来ません。

ガス漏れは大変危険ですので、お早目に製造メーカーへの点検の実施を宜しくお願い致します。

ご使用より二年以上経過している場合、弊社では保証対象外とさせて頂いておりますので、ご了承の程何卒宜しくお願い致します。

点検ご希望のお客様は弊社担当者へご連絡頂きます様宜しくお願い致します。

点検は有償となります。万が一修理不能と判断された場合、新規購入が必要となります。

点検・新規購入に際しましては都度御見積ご提出させていただきます。

新規購入はご担当者様で直接ご購入されても結構です

* ガス漏れ発生等の事故に関しまして、弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。